

qLabs® Liquid Controls

Die „Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen“ schreibt die Angabe von Zielwerten bei Kontrollmaterialien vor. Mit dieser Übersicht erfüllen wir diese Vorgabe.

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung:

Telefon: 0941/29010-55

E-Mail: Gerinnungsmanagement@nal-vonminden.com

qLabs® PT-INR Liquid Control Art.-Nr.: 374013

Lot	Haltbarkeit	Bereich Level 1	Bereich Level 2
3052M0101	25.1.2022	0,7 - 1,3	2,0 - 3,4
3052M0301	1.3.2022	0,7 - 1,3	2,0 - 3,4
3052M0601	1.6.2022	0,7 - 1,3	1,8 – 3,2
3052M0701	14.7.2022	0,7 - 1,3	2,0 – 3,2

qLabs® Coag Panel 2 Liquid Control Art.-Nr.: 374731

Lot	Haltbarkeit	Bereich Level 1	Bereich Level 2
3052L1101	19.11.2021	0,7 - 1,3 (INR) 24,0 - 36,0 (aPTT)	2,0 - 3,4 (INR) 50,0 - 78,0 (aPPT)
3052M0601	1.6.2022	0,7 - 1,3 (INR) 24,0 - 36,0 (aPTT)	1,8 - 3,2 (INR) 46,0 - 74,0 (aPPT)